

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B0924N

Exp.: 18.11.2024

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.7	1.0			
LYM #	1.9	0.6	LYM %	25.0	7.0
MON #	0.7	0.6	MON %	9.0	7.0
GRA #	5.1	0.5	GRA%	66.0	6.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.71	0.24	HGB g/dl	13.6	0.6
HCT %	38.4	2.0	MCV fl	81.5	5.0
MCH pg	28.9	2.5	MCHC	35.4	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	38.0	6.0
PLT 10 ³ /ul	268	40	MPV fl	7.7	3.0
PCT %	0.200	0.050	PDW %	14.5	4.0
PLCR %	10.5	6.0			

Samsung HC10

	Sollwert	Bereich		Sollwert	Bereich
LEU 10 ⁹ /l	7.7	1.0	PDWs fl	11.0	4.0
ERY 10 ⁹ /l	4.76	0.24	PDWc %	38.5	4.0
HGB g/dl	13.6	0.6	RDWs fl	52.6	6.0
HCT %	41.6	2.0	RDWc %	18.0	3.0
MCV fl	88.0	5.0	LYM	2.45	0.6
MCH pg	28.6	2.5	MON	0.50	0.5
MCHC	32.7	3	GRA	4.75	0.6
PLT 10 ⁹ /l	248	40	LYM %	31.8	7.0
PCT %	0.180	0.05	MON %	6.5	6.5
MPV fl	7.0	3.0	GRA %	61.7	7.0

Z3 CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.83	1.0	MCH pg	29.6	2.5
LYM #	2.47	0.6	MCHC	34.4	3
MID #	0.50	0.5	RDW-CV %	17.1	3.0
GRA #	4.86	0.6	RDW-SD fl	48.4	6.0
LYM %	31.6	7.0	PLT 10 ³ /ul	243	40
MID %	6.3	6.3	MPV fl l	8.9	3.0
GRA %	62.1	7.0	PDW	16.6	4.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.72	0.24	PCT	0.210	0.100
HGB g/dl	14.2	0.6	P-LCC	45	22
HCT %	41.4	2.0	P-LCR %	18.9	6.0
MCV fl	88.3	5.0			

Gebrauchsanweisung:

- Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.

*Kontrollblut NIE kalt auf mechanischen Mischer legen !!
Blut nie kalt mischen!*
- Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln!
- So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
- Unmittelbar vor der Messung sollte das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig gekippt werden.
- Messung durchführen.
- Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
- Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure:

- Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger.

*Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique!
Ne jamais mélanger le sang de contrôle encore froid.*
- Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec. puis le retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
- Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide.
- Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
- Exécuter l'analyse sans attendre.
- Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
- Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture